

单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	郑州大学第五附属医院		
项目信息	项目名称	郑州大学第五附属医院医用血管造影 X 射线机维修更换球管采购项目	
	项目金额	120 万	
	供应商名称	河南一粒米医疗科技有限公司	
专业人员信息	姓名	杨萍	手机号码 13523062731
	职称	主任医师	
	工作单位	郑州大学第二附属医院	
专业人员论证意见	<p>经论证：采购人医用血管造影 X 射线机球管损坏，已无维修价值，其品牌为 GE Discovery 2657，只有 GE 原厂设备才能与现有 X 射线机匹配使用，其他品牌不能匹配。河南一粒米医疗科技有限公司是唯一授权供应商。此采购符合“单一来源采购”的相关法律法规的规定，同意采用“单一来源采购”。</p>		
专业人员签字	杨萍	日期：2026 年 5 月 6 日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	郑州大学第五附属医院			
项目信息	项目名称	郑州大学第五附属医院医用血管造影X射线机维修更换球管采购项目		
	项目金额	120万		
	供应商名称	河南一粒米医疗科技有限公司		
专业人员信息	姓名	李国印	手机号码	13838133582
	职称	主任医师		
	工作单位	郑州人民医院		
专业人员论证意见	<p>采购人所采购的医用血管造影X射线机维修更换球管项目中,各品牌厂家之间以及球管目前不相兼容,软硬件之间无法匹配,球管电压变换机。河南一粒米医疗科技有限公司是国用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司在郑州地区唯一授权经销商,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条之规定,同意单一来源采购。</p>			
专业人员签字	李国印		日期:2020年5月6日	

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述,手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见表

采购单位	郑州大学第五附属医院		
项目信息	项目名称	郑州大学第五附属医院医用血管造影X射线机维修更换球管采购项目	
	项目金额	120万	
	供应商名称	河南一粒米医疗科技有限公司	
专业人员信息	姓名	冯福顺	手机号码 13939006048
	职称	高级工程师	
	工作单位	河南中医药大学一附院	
专业人员论证意见	<p>本次采购的医用血管造影X射线机球管，为GE Discovery IG57 X射线机原装配套设备，无其他可替代产品。GE公司指定河南一粒米医疗科技有限公司为独家零配件供应商，为保证设备配件的兼容性和运行稳定性，同意采用单一来源采购方式采购原装配套球管。</p>		
专业人员签字	冯福顺	日期：2026年5月6日	

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员单独分别论述，手工填写。

